

## Medizinproduktesicherheit

### *Warnung vor einem gefährlichen Medizinprodukt*

### **Brandgefahr bei Sauerstoffkonzentratoren**

*Fachbereich 5 Arbeitsschutz*

Dessau, d. 26.10.2009:

Das Landesamt für Verbraucherschutz warnt vor der Verwendung von Sauerstoffkonzentratoren der Typen Oxy-Tec 5 und Oxy-Top 5 des nicht mehr existierenden Herstellers YSM Ltd. Die Geräte können sich entzünden. Bei dem Brandgeschehen ist mit schwerwiegenden bis tödlichen Folgen zu rechnen. Weitere Auskünfte erteilt die örtliche Gewerbeaufsicht.

Hinweise sind auch auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zu finden:

[Kondensatordefekte bei Sauerstoffkonzentratoren Oxy-Tec 5 und Oxy-Top 5 des Herstellers YSM Ltd.](#)

Otfried Zerfass

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 5, Dezernat 51

Kühnauer Str. 70, 06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 6501 256 / Fax.: 0340 6501 294 / [otfried.zerfass@lav.ms.sachsen-anhalt.de](mailto:otfried.zerfass@lav.ms.sachsen-anhalt.de)